

INTÉZETI ORVOSHIVOKÉSZÜLÉKEK /CSIPOGOK/ ELEM-
ELLÁTÁSÁNAK ÉSSZERÜSÍTÉSE

dr.Szücs Péter, Ábrahám László, Nagy László
SZOTE Gyermekgyógyászati Klinika, 6720 Szeged, Korányi
Sándor fasor 14-15.

Az orvoshivókészülékek /csipogók/ 2 db ceruza-
elemmel működnek, melyek beszerzése megbízhatatlan,
sokszor nem kaphatók, illetve változó márkájúak és
minőségűek. Ennek következményeként az orvoshivóké-
szülékek /csipogók/ jelentős része nem, vagy nem meg-
felelően működik. A gyakran kimerül elemekből kifolyó
maró folyadék károsodást okoz a készülékben. Több
éves tapasztalatunk alapján megállapítottuk, hogy a
ceruzaelemek csak 6-10 napig használhatók.

Az általunk javasolt és 1983. október óta a Gyermek-
klinikán használt ceruzaelem nagyságu, tölthető akku-
mulátor előnyei a következők: korlátlan élettartamu,
14 óra alatt újra tölthető, kimerülés esetén nem káro-
sitja a csipogót, egyszeri feltöltéssel 3 hétig műkö-
dik, a csipogók működése nem függ a rapszódikus ceru-
zaelem-ellátástól, a hívóberendezés magasabb hangon
működik, az akkumulátor költsége rövid idő alatt meg-
térül.

Iktatási száma: 2/1985.